

AUFKLÄRUNGSBOGEN PERSONENSCHÜTZER FÜR MRT

Sehr geehrter Personenschützer,

um Ihre Sicherheit während der Begleitung oder dem Eingreifen während einer MRT-Untersuchung für Sie so gut wie möglich zu gewährleisten, bitten wir Sie die folgenden Sicherheitshinweise zu lesen und mit Ihrer Unterschrift zu bestätigen.

SICHERHEITSHINWEISE

Nachname, Vorname _____ Geb.-Datum _____

1. **Jegliche metallische (magnetische) Gegenstände** (z.B. Waffen, metallische Handschellen, Gürtel, Uhr, Geldbörse, Handy, Hörgeräte, Kreditkarten, Kleingeld, Brieftasche, Schlüssel, Feuerzeug, Schmuck, Haarklammern, Brille, herausnehmbarer Zahnersatz) **müssen vor dem MRT-Raum abgelegt werden!**
2. **Mit einem Herzschrittmacher, Defibrillator oder einer künstlichen Herzklappe dürfen Sie den MRT-Raum nicht betreten!**
3. **Mit metallischen Implantaten** (z.B. Cochleaimplantat, künstliche Gelenke, Gefäßclips, Stents, Clips, Coils, Schunts, Platten, Medikamentenpumpen, Piercings, frischen Tätowierungen, Zahnprothesen mit Magnethalterung, Kupferspirale) **dürfen Sie den MRT-Raum nicht betreten!**
4. **Sollten Sie Verletzung durch metallische Gegenstände erlitten haben** (z.B. Verletzungen im Auge, Granatsplitter) **dürfen Sie den MRT-Raum nicht betreten!**
5. **Für Frauen: wenn Sie innerhalb des 3. Monats schwanger sind dürfen Sie den MRT-Raum nicht betreten!**

Was ist zu beachten, wenn man sich in die Nähe des Magnetfeldes begibt?

Träger eines Herzschrittmachers und bestimmter Implantate, dürfen nur nach vorheriger Tauglichkeitserklärung des Herstellers eine MRT-Untersuchung durchführen. Andernfalls besteht Lebensgefahr! In den Untersuchungsraum dürfen keine Metallteile oder elektronischen Geräte mitgenommen werden. Nicht mitgenommen werden dürfen u.a. Hörgeräte, Kreditkarten, Kleingeld, Brieftasche, Schlüssel, Feuerzeug, Uhr, Schmuck, Haarklammern, Brille, herausnehmbarer Zahnersatz, Gürtel, Rollstühle und Rollatoren. Welche Kleidungsstücke Sie speziell für Ihre Untersuchung ablegen sollten, teilt Ihnen unser Personal individuell mit. Für bestimmte Untersuchungen ist es notwendig, den BH (metallische Bügel und Ösen) oder auch die Hose (Reißverschluss und Knöpfe) abzulegen.

Spirale (Intrauterinpeessar) und Diaphragma

Da es zu einer Lageveränderung während der MRT kommen kann, sollte Ihr Gynäkologe nach einer MRT-Untersuchung den korrekten Sitz der Spirale überprüfen.

ERKLÄRUNG DES PERSONENSCHÜTZER

Ich habe alle Sicherheitsbelehrungen verstanden und werde diese uneingeschränkt einhalten. Mir ist bewusst, dass eine Zuwiderhandlung lebensgefährlich sein kann sowie eventuell eigenes und/oder fremdes Eigentum beschädigt. Für Schäden, die durch Zuwiderhandlung auftreten, übernimmt medneo keine Haftung.

Ort, Datum

Unterschrift Personenschützer

Unterschrift MTRA/Arzt